

Hinweise zum Schutz von personenbezogenen Daten bei der Nutzung von Dialysegeräten in Kliniken bzw. zur Heimdialyse¹

1. Aufstellen und Aufbewahren des Dialysegerätes

(1) Heimdialyse:

Auf Ihrem Dialysegerät werden bei der Benutzung personenbezogene Daten gespeichert. Hierzu zählen unter anderem Behandlungsdaten und sonstige sensible Informationen, die Rückschlüsse über Ihren Gesundheitszustand geben können. Daher sollten Sie sicherstellen, dass das Dialysegerät und die auf ihm gespeicherten Daten stets vor einem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt sind.

Dies kann zum Beispiel durch Unterbringung in einem abschließbaren oder beaufsichtigten Raum erfolgen, der nicht öffentlich zugänglich ist.


(2) Kliniknutzung:

Bitte stellen Sie sicher, dass nur berechtigtes Personal Zugang zu dem Dialysegerät und zu den auf ihm gespeicherten Daten erhält. Bitte stellen Sie die Dialysegeräte dazu in einem geschützten Raum (der beispielsweise verschließbar ist) oder in einer geschützten Umgebung auf oder treffen Sie andere geeignete Maßnahmen, um einen unberechtigten Zugriff auf die auf dem Gerät gespeicherten Daten zu verhindern.

2. Betrieb und Nutzung

(1) Heimdialyse:

- a) Das Display des Dialysegerätes sollte nur für berechtigte Personen einsehbar sein. Zudem sollte auch nur dieser Personenkreis Zugriff auf das Dialysegerät und die auf ihm gespeicherten Daten haben.
- b) Das Dialysegerät ist mit zwei (2) Sicherheitssiegeln und QR-Code, einmal links am Display (Position 1) und einmal rechts am Gehäuse (Position 2) ausgestattet, um ein unberechtigtes Öffnen des Gerätes anzuzeigen.



- c) Achten Sie jederzeit darauf, dass die Siegel unversehrt sind.



Sollte ein Siegel beschädigt sein oder aussehen, als ob es abgelöst und wieder angebracht wurde, informieren Sie bitte umgehend Ihre zuständige technische Service-Organisation.

Für Deutschland:

Fresenius Medical Care GmbH | fme-kundendienst@freseniusmedicalcare.com | T: +49 (0) 6172-6087100


¹ Nachfolgende Hinweise erfolgen als Hersteller (Fresenius Medical Care AG) und stellen keine Datenschutzerklärung gem. Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dar. Datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist Ihre Klinik, Ihr Dialysezentrum oder Ihr behandelnder Arzt.



- d) Zusätzlich zu Ihrem Dialysegerät haben Sie eine Patientenkarte erhalten. Da diese Karte den Zugang zu Ihrem Dialysegerät und somit Ihren Behandlungsdaten ermöglicht, bewahren Sie die Patientenkarte an einem sicheren Ort auf. Bitte teilen Sie die Patientenkarte nur mit Personen, die mit Ihrer Behandlung betraut sind (wie etwa Ihrem Arzt).

(2) Kliniknutzung:

- a) Das Dialysegerät ist mit zwei (2) Sicherheitssiegeln und QR-Code, einmal links am Display (Position 1) und einmal rechts am Gehäuse (Position 2) ausgestattet, um ein unberechtigtes Öffnen des Gerätes anzuzeigen.



- b) Achten Sie jederzeit darauf, dass die Siegel unversehrt sind.



Sollte ein Siegel beschädigt sein oder aussehen, als ob es abgelöst und wieder angebracht wurde, informieren Sie bitte umgehend Ihre zuständige technische Service-Organisation.

Für Deutschland:

Fresenius Medical Care GmbH | fme-kundendienst@freseniusmedicalcare.com | T: +49 (0) 6172-6087100

- c) Bitte bewahren Sie die mit dem Dialysegerät gelieferten (Patienten-) Karten vom Gerät getrennt und in einer sicheren Umgebung auf.

3. Wartung, Reparatur und Rückgabe

Heim- und Kliniknutzung:

Beachten Sie beim Versand und der Vorbereitung des Transportes die Regelungen zum Schutz Ihrer Daten/der Daten des Patienten. Bei Fragen zum Datenschutz, zum Versand bzw. zum Transport des Dialysegerätes wenden Sie sich an Ihre Klinik, Ihr Dialysezentrum, Ihren behandelnden Arzt bzw. an Ihre zuständige technische Service-Organisation. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Patientenkarte und andere Karten vor dem Verpacken aus dem Dialysegerät genommen werden und bewahren Sie die Karten an einem geeigneten sicheren Ort auf. Sollten Sie im Falle einer Rückgabe des Dialysegerätes etwaige Benutzerkarten (Patientenkarte und andere Karten) nicht mehr benötigen, geben Sie die Karten an den zuständigen Service-Techniker oder an Ihre Klinik, Ihr Dialysezentrum oder Ihren behandelnden Arzt zurück. Über Ihre zuständige technische Service-Organisation können Sie auch veranlassen, dass die internen Speichermedien im Dialysegerät vor Rücksendung entnommen werden.

Wichtig: Bei Verdacht eines Datenschutzverstoßes oder des Verlustes von Daten melden Sie diesen Ihrer Klinik, Ihrem betreuenden Dialysezentrum oder Ihrem behandelnden Arzt. Zusätzlich können Sie auch den Hersteller kontaktieren: DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com